


SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test

*Professzionális felhasználásra
fejlesztett POC antitest gyorseszteszt*



SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test

Nincs szükség készülékre

Roche (Magyarország) Kft.
Diagnosztika Divízió
2040 Budaörs, Edison u. 1.
Tel.: 06-23-446-886
Fax: 06-23-446-890

www.roche.hu

MC-HU-00090

SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test

*Professzionális felhasználásra
fejlesztett POC antitest gyorseszteszt*

- A SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test egy gyors, kromatográfiás immunkémiai vizsgálati eljárás, amely SARS-CoV-2 elleni antitestek in vitro kvalitatív kimutatására használható.
- Mintatípus: teljes vér, humán szérum vagy plazma.
- Nincs szükség készülékre a teszt elvégzéséhez.
- 10-15 percen belül eredmény.
- Rendkívül egyszerű használat, egy csepp vérből eredményt ad olyan személyek felkutatása során, akik egy korábbi fertőződésre utaló, adaptív immunválaszt mutatnak SARS-CoV-2-re.
- Szobahőmérsékleten 24 hónapig tárolható.

1 Mintagyűjtés



Mikropipettával gyűjtsenek 20 µL teljes vért vagy szérumot, plazmát.

2 Mintafelvitel



A gyűjtött mintát engedjük bele a vizsgálóeszköz mintatartójába.

3 Pufferoldat hozzáadása



Csöpögtessenek 3 csepp (90 µL) pufferoldatot függőlegesen a vizsgálóeszköz mintatartójába.

4 Eredmény




10-15 perc múlva olvassák le a vizsgálati eredményt.

FIGYELMEZTETÉS!

15 perc eltelte után a vizsgálati eredményt már nem szabad leolvasni, téves eredményt adhat!

Teszt kiértékelése



Minden esetben, ha a kontrollvonal nem jelenik meg, értékelhetetlen az eredmény.

SARS-CoV-2 Rapid Antibody Test

*Professzionális felhasználásra
fejlesztett POC antitest gyorseszteszt*

Termékspecifikáció:

Teszt	Kiszerelés	Katalógusszám
SARS-CoV-2 Rapid Antibody test	40 teszt/doboz	0216448190
Kontroll	Kiszerelés	Katalógusszám
Standard™ COVID-19 IgM/IgG Control	10 IgM Pozitív 10 IgG Pozitív 10 IgM/IgG Negatív	9319263190
Újbegyszűrő	Kiszerelés	Katalógusszám
(külön rendelhető)		
Accu-Chek Safe T Pro Uno	200 db/doboz	05888662150
Accu-Chek Safe T Pro Plus	200 db/doboz	03603539150

In Vitro Diagnosztikai orvostechnikai eszköz, mely laboratóriumi és ágy melléti környezetben történő professzionális alkalmazásra készült.

Specifitás
98,65%

Szenzitivitás
99,03%

>14 nappal a tünetek megjelenése után

